



Ref. Certif. No.

US-TUVR-3564

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Medical switch mode power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Elpac Electronics, Inc.
1562 Reynolds Avenue
Irvine, CA 92614 USA

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine


Elpac Electronics (Shenzhen) Inc., 3F, SAST Building, MinLiDa Ind.
Garden, HongHuaLing Industrial Zone, XiLi Town, Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong, PRC 518055

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Input: AC 100-240V~, 50/60Hz, 2.8A, 150W (with convection
cooling), 180W (with 150LFM min. Airflow)
Output: DC 12 to 48V, 12A Max (for 150W units)
15A Max (for 180 units)

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Model / Type Ref.
Ref. De type

MSMP150xxF
(xx = 12 to 48)

Additional information (if necessary, may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page)

Complies with requirements as well as group and national differences
where applicable for AU, CA, DK, IL, KR and US

PUBLICATION

EDITION

IEC 60601-1:1988+A1+A2

2nd Edition

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

30691616.001

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of
this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



TUV Rheinland
of North America

March 27, 2007

Page 1 of 1

Date:

Signature:

Dipl.-Ing. Matthias Heinze