



Ref. Certif. No.

US-TUVR-3677

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Medical switch mode power supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Elpac Electronics, Inc.
1562 Reynolds Avenue
Irvine, CA 92614 USA

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Elpac Electronics (Shenzhen), Inc.
3F, SAST Building, MinLiDa Ind. Garden, HongHuaLing
Industrial Zone, XiLi Town, Nanshan District, Shenzhen City
Guangdong, PRC 518055

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Input: AC 100-240V~, 50/60Hz, 1.75A
Output: DC 9-24V, 7.2A Max (65W Max)
Protection Class I

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Model / Type Ref.
Ref. De type

MS65xxF, MW65xxF (xx = 9 to 24)
3841F

Additional information (if necessary, may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page)

Complies with requirements as well as group and national differences
where applicable for AU, CA, DK, IL, KR and US

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION
IEC 60601-1:1988+A1+A2

EDITION
2nd Edition

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of
this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

30691568.001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



TÜV Rheinland
of North America

May 23, 2007

Page 1 of 1

Date:

Signature:

Dipl.-Ing. Matthias Heinze